Severo

elektrische medicijnvermaler

electrical medicine grinder
broyeur à medicaments électrique
Elektronischer Medikamenten Mörser

NL

GB

F

D

Handleiding

Manual | Manuel | Gebrauchsanleitung

Ideaal Medical Services

Severo

elektrische medicijnvermaler

electrical medicine grinder
broyeur à medicaments électrique
Elektronischer Medikamenten Mörser



Onderdelen en bedieningselementen

1 Deur
2 Zekeringhouder
3 Aan-/uitschakelaar
4 Extra grind functie schakelaar
5 Cuphouder
6 Plateau
7 Medicijnstamper
8 Verlichte LED lampje voor accu
9 Ingang adapter
10 Opbergbakje

Gebruik volgens bestemming

Uw Severo elektrische medicijnvermaler is bedoeld om medicatie te verpulveren c.q. vermalen. Het vermalen kan uitsluitend alleen in combinatie met de SeveroCup medicijnbeker gebeuren.

De gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen en goed bewaren!
Dit apparaat is bestemd voor professioneel gebruik in zorginstellingen.

Algemene veiligheidsvoorschriften

Waarschuwing! Lees alle voorschriften.

- Zorg ervoor dat kinderen niet in de buurt van het apparaat komen.
- Alleen gebruiken wanneer het apparaat en de toevoer niet beschadigd zijn.
- De stekker in het geval van storing altijd uit het stopcontact halen.
- Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan het apparaat, zoals het vervangen van een beschadigd elektriciteitssnoer, alleen worden uitgevoerd door onze klantenservices.
- Het elektriciteitssnoer van de lader niet:
    - in aanraking brengen met hete delen
    - over scherpe randen trekken
    - als handgreep gebruiken
- De Severo dient een vaste plek te hebben op bijvoorbeeld de medicijnkar of in de keuken op het aanrecht.
- Het apparaat dient in een droge schone omgeving te worden geplaatst.
- Zorg voor een droge werkomgeving en voldoende werklicht.

Severo in gebruik nemen

- Indien het apparaat mobiel gebruikt dient te worden dan het apparaat loskoppelen van de oplader en met de schakelaar in te schakelen.
- De LED brand (blauw).
- Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

NL

Gebruiksaanwijzing

Neem de medicatie welke moet worden vermalen en controleer of u de juiste medicatie heeft. De Severo geeft u de mogelijkheid om te kiezen uit twee functies, te weten:

1. standaard Te gebruiken bij medicatie welke snel en makkelijk te vermalen is.
2. extra Te gebruiken indien een extra fijne vermaling gewenst is.

1. Standaard

- Zet de Severo medicijnvermaler aan d.m.v. de aan en uit schakelaar
- Doe de medicatie in de SeveroCup medicijnbeker.
- Plaats vervolgens de metalen stamper IN de medicijncup.
- Zet de medicijnbeker tezamen met de metalen stamper midden in de Severo op de aangegeven plaats.
- Sluit de deur. De Severo start het maalproces zodra de deur wordt gesloten. Een maalcyclus duurt vijf seconden. Open de deur niet tijdens het maalproces.
- Na vijf seconden stopt de Severo automatisch en mag de deur worden geopend.

Het schoonmaken van de maalkop

- Pak de SeveroCup plus de metalen maalkop van het plateau en tik met een metalen lepeltje even tegen de bovenkant van de maalkop. Hierdoor blijven er vrijwel geen medicatie resten achter op de maalkop. Indien er nog medicatie(stof) op de maalkop aanwezig is dan kunt u deze eenvoudig verwijderen met een droge schone doek.

2. Extra

- Zet de Severo medicijnvermaler aan d.m.v. de aan en uit schakelaar
- Schakel de EXTRA GRIND functie in d.m.v. de EXTRA GRIND knop.
- Doe de medicatie in de SeveroCup medicijnbeker.
- Plaats vervolgens de metalen stamper IN de medicijncup.
- Zet de medicijnbeker tezamen met de metalen stamper midden in de Severo op de aangegeven plaats.
- Sluit de deur. De Severo start het maalproces zodra de deur wordt gesloten. Een maalcyclus duurt vijf seconden. Open de deur niet tijdens het maalproces.
- Na vijf seconden stopt de Severo automatisch en mag de deur worden geopend.

Het schoonmaken van de maalkop

- Pak de SeveroCup plus de metalen maalkop van het plateau en tik met een metalen lepeltje even tegen de bovenkant van de maalkop. Hierdoor blijven er vrijwel geen medicatie resten achter op de maalkop. Indien er nog medicatie(stof) op de maalkop aanwezig is dan kunt u deze eenvoudig verwijderen met een droge schone doek.

Gebruik van de SeveroCup

De SeveroCup medicijnbeker is speciaal ontworpen om de gemalen medicatie gemakkelijk te kunnen vermengen met een vloeistof (vaak wordt appelmoes, vla of yoghurt gebruikt) Zodra de medicatie is vermalen kunt u deze in de SeveroCup vermengen en aanbieden aan de bewoner c.q. cliënt. Hiermee voorkomt u tevens het inademen van medicatie.

Aërosolvorming

Op het moment dat de medicatie is vermalen mag deze medicatie nooit worden leeg gegooid op een lepel of in een kopje. Mocht dit namelijk wel gebeuren dan is er een gevaar dat de medicatie kan worden ingeademd (aërosolvorming). Meng daarom de medicatiestof direct in de SeveroCup medicijnbeker met een vloeistof.
Hiermee voorkomt u dus het inademen van medicatie.

Algemene aanwijzingen

- Gebruik alleen de speciale Severo medicijnbeker.
- Gebruik de SeveroCup altijd slechts eenmaal.
- Open het apparaat niet tijdens het vermalen.
- De behuizing aan de buitenkant alleen met een vochtig doekje schoon maken, geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- Zet het apparaat iedere nacht aan de oplader.
- Het apparaat altijd rechtop vervoeren.
- Sommige medicatie mag of kan niet worden verpulverd (bv. Adalat).

Onderhoud

U kunt de severo eenvoudig reinigen met een schone droge doek. Overtollige medicatie dient u regelmatig te verwijderen.

Storingen dienen altijd te worden gemeld bij onze servicedienst.
Telefoon +31(0)229 50 30 31
Fax +31(0)229 50 11 91

Handige tips en aanwijzingen

Onderstaand vindt u enkele handige tips tijdens het gebruik.

NL

Kwaliteit

- Vul de SeveroCup niet meer dan dat de bodem is bedekt.
- Als blijkt dat na een maling de medicatie nog te grof is gebruik dan de extra grind functie voor een extra fijne vermaling.
- Ook kunt u de medicatie welke te grof is nog extra opschudden. Hierdoor zullen de grove stukken bovenop komen te liggen en zal de vermaling nog veel beter verlopen.

Opladen

- Zet de Severo elke nacht standaard aan de oplader.
- Let bij het verplaatsen van de medicijnkar er goed op dat u eerst de oplader uit de Severo haalt. Zo voorkomt u beschadigingen aan de oplader.

Schoon maken

- U kunt de maalkop eenvoudig reinigen met licht vochtige alcoholdoekje
- Begin iedere vermaling met een schone maalkop.
- Geef na het vermalen even een tikje met een metalen lepel op de bovenkant van de maalkop. Hierdoor zal er minder medicatie aan de maalkop blijven zitten.

Verplaatsen

- De Severo dient een vaste plek te krijgen op de medicijnwagen of daar waar de medicatie wordt klaar gemaakt.

Heeft u suggesties en of aanvullingen mail ons deze dan via info@severo.nl

Wij wensen u veel werkplezier met de Severo elektrische medicijnvermaler.

Components and Controls

1 Door
2 Fuse Holder
3 On / off button
4 Extra grind function button
5 Cupholder
6 Plateau
7 Grinding head
8 Battery LED light
9 Input Adapter
10 Storage tray

GB

Use as intended

Your Severo electrical medicine grinder is meant to pulverize or grind medication. Use the SeveroCup medicine cup when grinding.

Read and save these instructions carefully.
This device is intended for professional use in health care centres.

General safety

Warning! Read the manual.

- Keep the Severo away from children.
- Use only when the device and the power supply are not damaged.
- Unplug the wall outlet in case of failure.
- Repairs, such as replacing a damaged power cord, can only be carried out by our customer services.
- Do NOT bring the power cord in contact with hot parts.
- Do NOT scour the power on sharp edges.
- Do NOT use the power cord as handle.
- Put the Severo on a fixed place, for example a medicine cart or a kitchen sink.
- Place the severo in a dry and clean environment.
- Provide a dry working environment and adequate working light.

General information

- Put the Severo on a solid place when in use.
- Use only the special SeveroCup medicine cup
- Use the SeveroCup medicine cup only once.
- Do not open the device during grinding.

- Clean the casing on the outside with a damp cloth,
- Do not use a detergent.
- Connect the device to the charger every night
- Transport the device always in an upright position
- When transporting the Severo make sure you have disconnected it from the charger
- Some medications may or cannot be grinded (eg, Adalat)

Use

GB

- If the device is used mobile, disconnect the charger and switch the power on.
- The power LED on.
- Close the door.
- The device is now ready for use.

Instructions

Take the medication that needs to be grinded and make sure you have the correct medication. The Severo allows you to choose between 2 functions:

1 standard to use with medication which is easy to grind.
2 extra to be used if extra fine grinding results are required.

Standard use (cycle 5 seconds)

- Turn ON the Severo electrical medicine grinder through use of the ON and OFF button
- Put the medication in the Severo-Cup medicine cup.
- Place the metal grinding head in the Severo-Cup medicine cup.
- Put the Severo-Cup with the metal grinding head in the Severo on the indicated place.
- Close the door. The Severo start the process once the door is closed. One cycle takes five seconds. DO NOT open the door during the grinding process.
- After five seconds Severo stops automatically and the door can be opened.
- Take the SeveroCup with grinded medication and grinding head out of the Severo electrical medicine grinder.
- Slightly lift the grinding head out of the SeveroCup and tap the top of the grinding head with a metal spoon. This removes most of the medication powder from the grinding head.
- Always clean the grinding head thoroughly after use. You can easily do this with a slightly damp alcohol cloth. Just wipe the grinding head clean.
-

Extra grind (cycle 13 seconds)

- Turn ON the Severo electrical medicine grinder through use of the ON and OFF button
- Enable the Extra Grind function through use of the EXTRA button on the display
- Put the medication in the SeveroCup medicine cup.
- Place the metal grinding head in the SeveroCup medicine cup.

- Put the SeveroCup medicine cup with the metal grinding head in the Severo on the indicated place.
- Close the door. The Severo start the process once the door is closed. One cycle takes thirteen seconds. DO NOT open the door during the grinding process.
- After thirteen seconds Severo stops automatically and the door can be opened.
- Slightly lift the grinding head out of the SeveroCup and tap the top of the grinding head with a metal spoon. This removes most of the medication powder from the grinding head.
- Always clean the grinding head thoroughly after use. You can easily do this with a slightly damp alcohol cloth. Just wipe the grinding head clean.

Cleaning the grinding head

Remove the SeveroCup medicine cup with the metal tamping from of the plateau and tap with a metal spoon as the top of the tamping bar. This removes virtually all medication from the tamping bar. If there is medication present on tamping bar you can easily remove this with a clean dry cloth.

Using the SeveroCup medicine cup

When using the Severo ONLY use the SeveroCup to grind in. The SeveroCup medicine cup is specially designed to mix the grinded medication with a liquid (often applesauce, custard or yoghurt). Once the medication is grinded you can mix and offer it to the resident or client. This prevents the inhalation of medication.

Aerosols

After grinding DO NOT transfer the medication powder to another container that being a different cup or maybe a spoon. This is to reduce the risk of inhalation (aerosols). Instead directly mix the medication with a liquid in the SeveroCup.

General information

- Use only the special SeveroCup medicine cup.
- Use the SeveroCup medicine cup only once.
- Do not open the device during grinding.
- Clean the casing on the outside with a damp cloth,
- Do not use a detergent.
- Connect the device to the charger every night.
- Transport the device always in a upright position.
- Some medications may or can not be grinded (e.g. Adalat).

Maintenance

There is no Maintenance for the Severo except for cleaning. You may use a damp cloth to clean the out and inside of the Severo. It is recommend to clean the inside each week. Malfunctions should always be reported to our service.

Tel. +31(0)229 50 30 31
Fax. +31(0)229 50 11 91
Email. info@severo.nl

Helpful tips and instructions

GB

Below are some useful tips during use.

Quality

- Do not fill SeveroCup with more medications then covers the bottom.
- If after grinding the result is not satisfactory, you can always place the Severo-Cup with medicine and grinding head back in the machine but now use the extra grind function. Also before replacing, lift the metal grinding head and shake the medication gently. This way all the large pieces will be on top.

Charging

- Connect the Severo to the charger every night.
- When moving the medicine cart make sure you have disconnected the charger from the Severo. This will prevent damage to the charger.

Do you have suggestions or additions mail us via info@severo.nl

Enjoy the Severo electrical medicine grinder.

Pièces détachées et éléments de manipulation

1. Porte
2. Porte fusible
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Touche d'activation pour un écrasement supplémentaire
5. Plateau porte-coupelle
6. Plateau
7. Pilon à médicament
8. Lampe à LED pour batterie
9. Entrée adaptateur
10. Bac de rangement

Utilisation selon destination

Votre broyeur électrique pour médicaments est destiné à pilonner, le cas échéant, à broyer des médicaments. Le broyage s'effectue en combinaison avec le gobelet pour médicaments SEVEROCUP.

Veuillez lire méticuleusement le mode d'emploi et prendre soin de bien le ranger! Cet appareil est destiné pour une utilisation professionnelle dans un centre de soins ou hospitalier.

Indications générales de sécurité

Avertissement! Veuillez lire toutes les indications.

- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas s'approcher de l'appareil.
- A utiliser seulement, si l'appareil ou la conduite d'adduction ne sont pas endommagés.
- En cas de panne, débranchez toujours la prise.
- En cas de nécessité de réparation de l'appareil, comme pour le remplacement d'un cordon électrique, veuillez la faire effectuer par notre service clients.
- Ne jamais faire ce qui suit avec le cordon électrique:
    - le mettre en contact avec des parties chauffantes.
    - le tirer sur des bords coupants.
    - l'utiliser comme poignée.
- Il est important que votre SEVERO ait une place attitrée, par exemple sur le chariot de l'infirmière ou sur l'évier d'une cuisine.
- Cet endroit doit être propre et sec.
- Prenez soin d'un environnement sec et lumineux.

La mise en service

- Lorsque l'appareil est destiné à être utilisé de manière mobile, veuillez le débrancher du chargeur et ensuite le mettre en marche avec un interrupteur du réseau électrique.
- La LED bleu indique un branchement au réseau électrique.
- Fermez la porte de l'appareil.
- Maintenant votre appareil est prêt à l'emploi.

Mode d'emploi

Prenez le médicament, qui doit être broyé et contrôlez que vous ayez la bonne dose.
L'appareil SEVERO vous permet de choisir entre 2 fonctions:

1. standard à utiliser pour des médicaments facile à broyer
2. extra/supplément à utiliser si vous souhaitez un broyage très fin

Utilisation standard (cycle de 5 secondes)

- Allumer le broyeur de médicament SEVERO à l'aide de la touche MARCHE/ARRET (ON/OFF)
- Déposez le médicament dans la coupelle SeveroCup.
- Mettez en suite le pilon en métal dans le gobelet à médicaments.
- Déposez cette coupelle, avec le pilon métallique au milieu, dans le SEVERO à l'endroit indiqué.
- Fermez la porte. Le SEVERO commence la procédure de broyage dès la fermeture de la porte. Un cycle de broyage dure cinq secondes. Ne jamais ouvrir la porte durant la procédure de broyage.
- Votre SEVERO s'arrête automatiquement après cinq secondes et vous êtes autorisés à ouvrir la porte.

Fonction broyage supplémentaire (cycle de 13 secondes)

- Allumez le broyeur de médicament SEVERO à l'aide de la touche MARCHE/ARRET (ON/OFF)
- Autorisez l'activation de la fonction du broyage supplémentaire à l'aide de la touche EXTRA sur l'écran
- Déposez le médicament dans la coupelle SeveroCup.
- Mettez en suite le pilon en métal dans le gobelet à médicaments
- Déposez cette coupelle avec le pilon métallique au milieu dans le SEVERO à l'endroit indiqué
- Fermez la porte. Le SEVERO commence la procédure de broyage dès la fermeture de la porte. Un cycle de broyage dure 13 secondes. Ne jamais ouvrir la porte durant la procédure de broyage.
- Votre SEVERO s'arrête automatiquement après 13 secondes et vous êtes autorisés à ouvrir la porte.

Nettoyage de la tête de broyage
Enlevez du plateau le gobelet SeveroCup avec le pilon, prenez une petite cuillère et tapotez avec celle-ci contre la tête du pilon afin qu'il n'y ait plus de restes de médicament sur le pilon. Au cas où il en resterait toujours (poussière) prenez soin de l'enlever avec un morceau de tissu sec et propre

Utilisation de la coupelle SeveroCup
La coupelle SeveroCup a été créée spécialement pour pouvoir mélanger le médicament broyé dans un liquide (souvent dans une compote de pomme, un flan ou un yaourt). Dès que le médicament a été broyé vous pouvez le mélanger dans le SeveroCup et le présenter au malade ou autre. De cette façon l'inhalation du médicament est évitée.

Formation aérosol
Après avoir broyé ou pilonné le médicament, celui-ci ne doit jamais être transvasé sur une cuillère ou dans une tasse car il y a un risque que le médicament soit ingéré par inhalation (sous forme aérosol). Veuillez mélanger le médicament pulvérisé directement dans le gobelet SeveroCup avec un liquide. De cette façon vous évitez l'inhalation du médicament.

Indications générales
- N'utilisez que le gobelet ou la coupelle spéciale SeveroCup.
- N'utilisez ce SeveroCup qu'une seule fois.
- N'ouvrez jamais l'appareil lors du broyage.
- Veuillez nettoyer l'extérieur seulement avec un chiffon humide, ne jamais utiliser des détergents abrasifs.
- Branchez l'appareil durant la nuit au chargeur.
- Prenez soin de le transporter en position verticale et de niveau.
- Certains médicaments ne doivent pas être pulvérisés (par exemple ADALAT).

Entretien
Vous pouvez nettoyer le SEVERO facilement avec un chiffon propre et sec. L'excédent des médicaments doit être enlevé régulièrement.

Les pannes doivent être signalées à notre service.
+31 (0)229 50 30 31 ou sur le mobile +31 (0)6 100 38 104

Astuces et indications pratiques

Ci-dessous vous trouverez quelques astuces pratiques d'utilisation.

Qualite

- Ne remplissez le SeveroCup de façon que seulement le fond soit couvert.
- Quand il s'avère qu'après le broyage, le médicament est encore trop grossier, vous pouvez toujours replacer le SeveroCup avec le médicament grossièrement broyé et le pilon dans l'appareil SEVERO et mettre en marche la fonction EXTRA pour un broyage complémentaire. Avant cela, soulevez un peu le pilon métallique et secouez un instant le contenu. De cette façon, les plus gros morceaux remonteront à la surface.

Rechargement

- Veuillez placer le SEVERO de façon standard sur le chargeur.
- Lors de vos déplacements avec le chariot de l'infirmerie veuillez prendre soin d'enlever le chargeur du SEVERO. De cette façon vous évitez des dommages au chargeur.

F

Nettoyage

- Vous pouvez nettoyer facilement la tête du pilon avec un chiffon sec.
- Commencez chaque broyage avec une tête de pilon propre.
- Tapotez sur la tête du pilon avec une cuillère en métal après chaque broyage afin de laisser le moins possible de poussière de médicament sur la tête du pilon.

Deplacement

- Prenez soin de donner une place attitrée à votre SEVERO sur le chariot de l'infirmerie où à l'endroit de préparation des médicaments.

Avez vous des suggestions ou des compléments à nous transmettre?
Envoyez nous un mail à l'adresse suivante : info@severo.nl

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en travaillant avec le broyeur électrique de medicaments SEVERO..

Komponenten und Bedienelemente

1 Tür
2 Sicherungshalter
3 Ein/Aus Schalter
4 Schalter für Extra-Mörserfunktion
5 Severo Medikamentenbecher
6 Medikamentenbecher Plateau
7 Medikamenten Mörser
8 LED-Lampe für den Batterie Status
9 Eingang Adapter
10 Ablageschale

Einsatz

- Wenn das Gerät mobil benutzt wird entkuppeln Sie das Gerät vom Netzteil.
- Die LED muss aufleuchten.
- Die Tür vom Gerät muss verschlossen sein.
- Das Gerät ist nun bereit für den Einsatz.

Anleitung

Nehmen Sie das/die Medikament(e) die Sie zermahlen möchten und stellen Sie sicher, dass es die richtigen Medikamente sind.

1. Standard-Mahlen (Mahlvorgang 5 Sek.)

- Schalten Sie den Severo-Medikamenten-Mörser mittels des Ein/Aus Schalters an.
- Geben Sie das/die Medikament(e)in dem Severo-Medikamentenbecher.
- Setzen Sie den Metall-Ring in den Severo-Medikamentenbecher.
- Setzen Sie den Severo-Medikamentenbecher komplett mit Metall-Ring auf dem Plateau des Gerätes.
- Schließen Sie die Tür. Die Severo startet den Mahlvorgang automatisch sobald die Tür verschlossen wird. Der Mahlvorgang dauert fünf Sekunden. Während dem Mahlvorgang darf die Tür nicht geöffnet werden.
- Nach fünf Sekunden stoppt die Severo automatisch und darf die Tür geöffnet werden.

Reinigung des Mahlkopfes

- Nehmen Sie das Severo-Cup zusammen mit dem Mahl Kopf aus dem Gerät.
- Ticken Sie mit einem harten Gegenstand (z.B. einen Kaffeelöffel) gegen den Mahlkopf. Hierdurch bleiben meistens keine Rückstände am Mahlkopf zurück.
- Falls trotzdem Medikamentenreste am Mahlkopf zurück bleiben, können Sie diese mit einem sauberen , leicht mit Alkohol angefeuchtetem Tuch abwischen.

2. Extra-Mahlen (Mahlvorgang 13 Sek.)

- Schalten Sie den Severo-Medikamenten-Mörser mittels des Ein/Aus Schalters an.
- Schalten Sie die Extra-Mörserfunktion mittels des Schalters an
- Geben Sie das/die Medikament(e) in den Severo-Medikamentenbecher.
- Platzieren Sie den Metall-Ring im Severo-Medikamentenbecher.
- Setzen Sie den Severo-Medikamentenbecher zusammen mit dem Metall-Ring auf das Plateau des Gerätes.
- Schließen Sie die Tür. Der Severo startet den Mahlvorgang automatisch sobald die Tür verschlossen wurde. Der Mahlvorgang dauert jetzt 13 Sekunden. Während des Mahlvorganges darf die Tür nicht geöffnet werden.
- Nach dreizehn Sekunden stoppt der Severo automatisch und die Tür darf geöffnet werden.

Reinigung des Mahlkopfes

- Nehmen Sie das Severo-Cup zusammen mit dem Mahl Kopf aus dem Gerät.
- Ticken Sie mit einem harten Gegenstand (z.B. einen Kaffeelöffel) gegen den Mahlkopf. Hierdurch bleiben meistens keine Rückstände am Mahlkopf zurück.
- Falls trotzdem Medikamentenreste am Mahlkopf zurück bleiben, können Sie diese mit einem sauberen , leicht mit Alkohol angefeuchtetem Tuch abwischen.

D

Mit der SeveroCup

Der Servero Medikamentenbecher ist speziell entworfen um das/die zermahlene Medikament(e)einfach mit Zb Joghurt oder Apfelmus zu vermischen. Mann braucht das/die Medikamente nicht mehr aus dem Medikamentenbecher zu nehmen. Hierdurch wird Einatmen von Medikamentenstaub vermieden.

Allgemeine Informationen

- Verwenden Sie nur den speziell entworfenen Severo-Medikamentenbecher.
- Der Severo-Medikamentenbecher ist ein Einmalprodukt.
- Öffnen Sie das Gerät nie während des Mahlvorganges.
- Das Gehäuse kann von außen mit ein sauberes (eventuell ein wenig feucht) Tuch gereinigt werden.
- Es darf unter keiner Bedingung ein scharfes oder scheuerndes Reinigungsmittel verwenden werden.
- Die Severo sollte jede Nacht aufgeladen werden.

Wartung

- Reinigen Sie die Severo mit ein sauberes trockenes Tuch.
- Reste von Medikamente sollten Sie regelmäßig aus der Severo entfernen. Verwenden Sie hierfür ein feuchtes Tuch.

Störungen sollten Sie immer an unserer Servicenummer melden.
Wählen Sie hierfür +31 (0) 229 50 30 31 oder Handy +31 (0) 6 100 38 104.

CE Verklaring van conformiteit

Wij, de fabrikant, ***IMS***
Lekerweg 37
1608 MB Wijdenes

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product ***Severo elektrische medicijnvermaler, bestemd voor het mechanisch vermalen c.q. verpulveren van medicijnen*** *waarop deze verklaring betrekking heeft, (in voorkomend geval) in overeenstemming is met de normen of andere normatieve documenten volgens de bepalingen van de volgende richtlijnen:*

EMC richtlijn (2004/108/EG)
LVD richtlijn (2006/95/EG)
Machine richtlijn (98/37/EG)

Naam: A.L.F. Mijs - M.J. Bot
Datum: 26 november 2007
Plaats: Wijdenes

Handtekening



Technische gegevens

Cyclustijd	: 5 sec./13 sec.	*Type adapter*	
Gemiddelde oplaadtijd	: 6 uur	*MOD.*	: 41C-150048-ADC
Spanning	: 12 Volt DC	I.P.	: AC230V / 50Hz
Gewicht	: 8 kg	OP.	: DC15,V / 480Ma

Ideaal Medical Services
Lekerweg 37
1608 MB Wijdenes
The Netherlands
tel *+31 (0) 229 50 30 31*
fax *+31 (0) 229 27 41 72*
mobiel *+31 (0) 610 03 81 04*
e-mail *info@severo.nl*
web *www.severo.nl*